

# フリーテストステロン検査 受託再開に伴う方法変更 のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、フリーテストステロンにつきまして、新試薬の発売  
が決定した旨、試薬販売会社より連絡がありました。

弊社では、2015年2月より一時受託中止とさせていただ  
いておりましたが、受託を再開いたします。新試薬での測定となり  
ますことから検査要項を変更しての再開となりますことをご案  
内いたします。

長い間、たいへんご迷惑おかけいたしましたことを、深くお詫び  
申し上げます。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 実施日 2016年2月1日（月）ご依頼分から

## ■ 対象項目

項目コード No.	ナビラボコード	検査項目
6576 1	004462002 2	フリーテストステロン〔R I A〕

※新試薬となるため、新規項目として受託を開始させていただきます。

## ● フリーテストステロン

本項目は、旧試薬(株式会社 LSI メディエンス社製)の製造販売中止後、国内唯一の RIA 試薬が発売されることとなり、この新試薬を用いての検査です。旧試薬と同様にガイドライン推奨の RIA 固相法を用いています。旧試薬に近似した結果が得られることが期待されていますが、全く同等の結果ではありません。基準値等が変更となります。

### ▼検査要項

検査項目	変更内容	新	現
フリーテストステロン	項目名称	フリーテストステロン〔RIA〕	フリーテストステロン
	項目コード	6576 1	5622 7
	基準値(単位)	下表参照	下表参照
	報告範囲	0.2 未満、0.2~99.9、100 以上	0.6 未満、0.6~50.0、50.0 以上

### 年齢別・性別における基準値

(単位：pg/mL)

新法 (6576 1)			現法 (5622 7)		
メーカー参考値			メーカー参考値		
年齢	男性	女性	年齢	男性	女性
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3	20~29	8.5~27.9	2.7 以下
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5	30~39	7.6~23.1	1.9 以下
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8	40~49	7.7~21.6	1.1 以下
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7	50~59	6.9~18.4	1.0 以下
60~69	5.3~11.5		60~69	5.4~16.7	—
70 以上	4.6~16.9		70~79	4.5~13.8	—

### 相関図

#### フリーテストステロン(RIA)

