

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記検査項目について試薬の一部が出荷できないとの連絡があり、代替試薬に急遽変更し検査を実施させていただきます。

先生方にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■変更日

2020年1月6日（月）ご依頼分より

■変更対象項目

項目コード No.	検査項目
6324 2	Major BCR-ABL1 mRNA 定性
6325 0	minor BCR-ABL1 mRNA 定性
2498 6	TCF3-PBX1 mRNA 定性
6321 1	PML-RARA mRNA 定性
2734 5	CBFB-MYH11 mRNA 定性
6010 7	RUNX1-RUNX1T1 mRNA 定性
6016 1	RUNX1-MECOM mRNA 定性
2307 6	ETV6-RUNX1 mRNA 定性
2293 2	KMT2A-AFF1 mRNA 定性
M498 9	KMT2A-AFDN mRNA 定性
2294 0	KMT2A-MLLT3 mRNA 定性
2295 7	KMT2A-MLLT1 mRNA 定性
6039 3	DEK-NUP214 mRNA 定性

■変更内容について

- *サイズマーカー（泳動指標）の変更もさせていただいております。
- *★付の項目では代替試薬を使用することに伴い、最適なプライマーへの変更が必要となり、検出バンドサイズが変更となります。ご留意いただきますよう、お願いいたします。下記に報告書見本例をお示しいたします。

項目コード No.	検査項目	プライマー変更
6324 2	Major BCR-ABL1 mRNA 定性	
6325 0	minor BCR-ABL1 mRNA 定性	
2498 6	TCF3-PBX1 mRNA 定性	★
6321 1	PML-RARA mRNA 定性	
2734 5	CBFB-MYH11 mRNA 定性	
6010 7	RUNX1-RUNX1T1 mRNA 定性	★
6016 1	RUNX1-MECOM mRNA 定性	
2307 6	ETV6-RUNX1 mRNA 定性	★
2293 2	KMT2A-AFF1 mRNA 定性	★
M498 9	KMT2A-AFDN mRNA 定性	★
2294 0	KMT2A-MLLT3 mRNA 定性	★
2295 7	KMT2A-MLLT1 mRNA 定性	★
6039 3	DEK-NUP214 mRNA 定性	

■報告書見本

項目コード：6010 7

検査項目：RUNX1-RUNX1T1 mRNA 定性

(現)

検査項目	RUNX1-RUNX1T1 RT
結果	RUNX1-RUNX1T1 mRNAを検出しました。

M: サイズマーカー (Φx174/HaeⅢ)

1: 陰性コントロール
2: 検体

増幅バンドサイズ	
A : RUNX1-RUNX1T1 mRNA	645 bp
B : ACTB mRNA	279 bp

<方法>

- RNA抽出
- cDNA合成
- Nested PCR
- 電気泳動
- 写真撮影
- 判定

(新)

検査項目	RUNX1-RUNX1T1 RT
結果	RUNX1-RUNX1T1 mRNAを検出しました。

M: サイズマーカー (1Kb Plus DNA Ladder)

1: 陰性コントロール
2: 検体

増幅バンドサイズ	
A : RUNX1-RUNX1T1 mRNA	182 bp
B : ACTB mRNA	279 bp

<方法>

- RNA抽出
- cDNA合成
- Nested PCR
- 電気泳動
- 写真撮影
- 判定